

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan mengenai pola pemeliharaan dental unit di RSGMP UMY adalah sebagai berikut:

1. Pola pelaksanaan pemeliharaan dental unit di RSGM UMY sudah berjalan baik.
2. Pelaksanaan pemeliharaan *dental unit* di RSGM UMY dilakukan oleh mahasiswa koas sebagai pengguna langsung *dental unit*, perawat gigi sebagai kontroling dan teknisi sebagai kordinator yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan *dental unit*.
3. Secara umum dental unit yang ada di RSGM UMY masih sangat baik, tetapi dari hasil Dari wawancara ditemukan rata-rata kerusakan yang terjadi di RSGM UMY adalah kerusakan pada alat pendukung yaitu *handpiece*.
4. Pengetahuan mahasiswa koas mengenai pemeliharaan *dental unit* baik
5. Pelaksanaan pemeliharaan *dental unit* memiliki pengaruh terhadap ketahanan *dental unit*

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan kesimpulan tersebut adalah:

1. Bagi manajemen RSGM UMY

Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti, terlihat masih kurang jelasnya job desc di masing-masing pelaksana pemeliharaan yaitu perawat gigi sebagai kontroling pemelihara harian dan teknisi sebagai kordinator pemeliharaan. Selain itu perlu dilakukan evaluasi sebagai kordinator pemeliharaan. Selain itu perlu dilakukan evaluasi untuk menyamakan persepsi tentang konsep pemeliharaan *dental unit* agar pelaksana dari pemeliharaan dental unit sejalan yaitu Antara mahasiswa koas, perawat gigi dan teknisi. Anggaran dana khususnya untuk pemeliharaan setiap tahunnya memiliki porsi yang cukup untuk menjaga dental unit agar selalu bisa layak pakai.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian tentang dental unit disarankan membandingkan atau melakukan studi atau observasi kecil ke RSGM lain untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan dari *dental unit*.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain adalah penelitian ini hanya bersifat observasional yang hanya dilakukan dalam

sekali waktu dan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan dengan RSGM lain yang memiliki merk dental unit yang sama atau merk lain untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan *dental unit*.