

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditampilkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sebagai berikut:

1. Angka kuman berdasarkan lama penyimpanan pada linen di instalasi CSSD RSUD Yogyakarta hari ke-3 yaitu 26 CFU/cm² termasuk dalam kategori standar kuman, Pada hari ke-10 yaitu 116 CFU/cm² dan hari ke-14 yaitu 143 CFU/cm² termasuk dalam kategori standar kuman.
2. Ada perbedaan jumlah angka kuman berdasarkan lama penyimpanan linen hari ke-3, hari ke-10, dan hari ke-14 di instalasi CSSD di RSUD Yogyakarta. Hasil dari data analisa yaitu koefisien korelasi antara lama penyimpanan linen dan angka kuman sebesar 0,656 yang artinya kekuatan korelasi (r) kuat. Nilai sig (p) adalah 0,00 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dengan kedua variabel atau korelasi yang bermakna antara lama penyimpanan linen dan angka kuman karena $p < 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai korelasi angka kuman dan lama penyimpanan pada linen dengan penambahan jenis linen, dan penambahan jumlah sampel di Instalasi CSSD RSUD Yogyakarta.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjut lebih dari 14 hari untuk mengetahui batas waktu penyimpanan yang menunjukkan angka kuman melebihi standar angka kuman dan membantu rumah sakit mengetahui waktu kadaluarsa.