

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna dari hasil pengukuran tekanan intraokular menggunakan tonometer Schiotz dengan *Non Contact Tonometer* (NCT) pada Mahasiswa Pendidikan Dokter FKIK UMY Angkatan 2015 dengan menggunakan uji *Mann Whitney* mendapatkan hasil $p=0,000$ ($<0,05$) pada mata kanan dan mata kiri. Peneliti lebih menyarankan untuk menggunakan tonometer non kontak karena lebih stabil saat pengukuran.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Dapat digunakan sebagai salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran TIO.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan lebih banyak sampel.
- b) Dapat melakukan penelitian dengan membandingkan alat pengukuran tekanan intraokular lainnya agar dapat diketahui mempunyai perbedaan yang bermakna atau tidak sehingga dapat menjadi suatu pertimbangan saat mengukur TIO.