

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat pelepasan ion nikel pada kawat ortodontik berbahan nikel titanium yang dilakukan perendaman pada saliva buatan pH normal dan pH asam.

#### **B. Saran**

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pelepasan ion nikel kawat ortodontik berbahan nikel titanium yang dilakukan perendaman pada saliva buatan pH normal dan pH asam dengan waktu yang lebih lama.